



Sorunlar

- BİRGÜL BAĞCI
- Sterilizasyon sorumlusu
- Gaziantep Üniversitesi

• Sorun:

Malzeme alımı sıkıntılı olduğunda kullanılan malzemede de sıkıntılar yaşanması.

- Tekstil yetersizliğinde delik olan tekstillerin HEK' e ayrılabilmesi.
- Alımı yapılmış yeni tekstillerin yıkanmadan kullanıma sunulmasından dolayı sıkıntılar yaşanması.
- Askeri bir terimdir. Genelde Hek'e ayrılan yani kullanılmaz durumdaki malzemeler toplama alanlarında toplanarak işe yarar kısımlarının tekrar kullanılması sağlanır.
Açılımı (H)urda (E)nkaz (K)öhne

• Sorun:

Sterilizasyon çalışanlarının kalifiye olmamasından dolayı sıkıntılar yaşanması.

- Ameliyathane ve servislerden gelen etilen-oksit malzemeleri sterilizasyon çalışanları tarafından isim olarak tanınmamaktadır.
- Dolayısı ile malzemeler birbirine karışması veya kaybolması.

• Sorun:

Sterilizasyon çalışanlarının kalifiye olmamasından dolayı sıkıntılar yaşanması.

- Ameliyathane ve servislerden gelen cerrahi alet ve tasların sterilizasyon çalışanları tarafından yıkama dezenfektörlerine uygun atılmamasından dolayı sıkıntılar yaşanması. Örnekler:
- cerrahi aletlerin üzerine tasların kapatılmasından dolayı aletlerin yeterli temizlenmemesi,
- tasların içerisinde gelen aletlerin ağızlarının açılmadan yerleştirilmesi,
- tasların içerisinde gelen kimyasal indikatör ve cerrahi iğnelerin ayıklanmadan yıkama dezenfektörüne atılması...gibi

• Sorun:

Sterilizasyon çalışanlarının ameliyathane işleyişini bilmemesinden dolayı sıkıntılar yaşanması.

- Ameliyathaneden gelen acil setlerin veya malzemelerin sterilizasyon çalışanları tarafından aciliyetinin tam olarak algılanmaması.
- Bunun sonucu set ve malzemelerin geç steril edilmesi.
- Dolayısı ile ameliyathane işleyişinde sıkıntılar yaşanması.

• Sorun:

Ameliyathaneye Medikal firmalardan gelen set takiplerinin yapılamamasından dolayı sıkıntılar yaşanması.

- Medikal firmalardan gelen setlerin içerisinde küçük büyük birçok vidalar olduğu için setlerin kullanım öncesi mekanik temizliğinin yapılamaması, Bu konu özellikle ortopedi, beyin cerrahi... gibi bölümler için geçerlidir.
- Medikal firmalardan Sterilizasyon ünitesine gelen setlerinin 1 saat sonra hastaya kullanılmak istenmesi,
- Hastada kullanılan firma setlerini firma elemanlarının ameliyathaneden direkt alıp götürmeleri. Bu arada bölüm aletlerinin de firma setleri içerisinde gitmesi.
- Medikal firmaların setleri steril olduktan sonra birimimizden direkt elden alarak çevre hastanelerde kullanıma sunmalarından dolayı sıkıntılar yaşanması.

- Sorun:

Sterilizasyonda kullanılan etilen-oksit cihazı ile ilgili sıkıntılar yaşanması.

- Ameliyatlarda kullanılan malzemelerin yedekli olmaması,
- Bölümlerin her gün ameliyat yapmasından dolayı etilen-oksit cihazı bozulduğunda ameliyatlara iptal edilmesi. Bundan dolayı sıkıntılar yaşanması.
- Yedek malzeme sirkülasyonu olmaması ile ilgili sorunlar.
- Malzeme yetersizliğinden dolayı etilen-oksit cihazından çıkan malzemelerin yeterli havalandırma süresini beklemeden kullanıma sunulması. Dolayısı ile sıkıntılar yaşanması.

- Bölümlerde kullanılan reuse malzemelerin daha önce kaç defa steril edildiğinin takip edilememesi

- Hastada kullanılan steril malzemelerin “steril malzeme barkotları”nın ameliyathane sirküle hemşiresi tarafından hasta dosyalarına yapıştırılmaması.